

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王育红
	职称: 副主任医师
	工作单位: 扬州市第二人民医院
项目信息	项目名称: 苏北人民医院电子鼻咽喉内窥镜采购项目
	供应商名称: 南京富克思科技实业有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该院目前在用电子鼻咽喉内窥镜主机系统为日本奥林巴斯OTV-S190系统, 本次拟采购的电子鼻咽喉内窥镜系为该主机配套使用。因设备的适配性和兼容性等问题, 不同品牌的电子鼻咽喉内窥镜与主机无法兼容使用, 只有同品牌的电子鼻咽喉内窥镜才与主机配套, 保证系统的稳定运行和诊疗安全。本院目前符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购的”规定。经市场调研, 奥林巴斯内窥镜售后服务有限公司与海分司授权代理商南京富克思科技实业有限公司为苏北人民医院奥林巴斯OTV-S190内窥镜系统电子鼻咽喉内窥镜的总经销商及供货的唯一供应商。本院目前符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定。</p>
专业人员签字	<p>王育红</p> <p>日期 2026年 6月 3日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李以木	
	职称: 会计师	
	工作单位: 永良村高	
项目信息	项目名称: 苏北人民医院电子鼻咽喉内窥镜采购项目	
	供应商名称: 南京富克思科技实业有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>目前苏北医院使用的电子鼻咽喉内窥镜系统为日本奥林巴斯OTV-S190系统, 此次采购的电子鼻咽喉内窥镜系统已在苏北医院的OTV-S190系统上, 也有同品牌设备在苏北医院使用。</p> <p>奥林巴斯(北京)医疗服务有限公司江苏分公司已授权南京富克思科技实业有限公司为苏北人民医院奥林巴斯OTV-S190及配套电子鼻咽喉内窥镜的总代理及供货的唯一代理供应商, 本次因符合单一来源采购条件, 所以采用单一来源采购的方式</p>	
专业人员签字	李以木	日期 2026年 6月 3日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王林
	职称: 高师
	工作单位: 扬州市财政局
项目信息	项目名称: 苏北人民医院电子鼻咽喉内窥镜采购项目
	供应商名称: 南京富克思科技实业有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>苏北人民医院现在用的电子鼻咽喉内窥镜系统为奥林巴斯OTV-S190系统。本项目采购的电子鼻咽喉镜需配套在用的OTV-S190系统使用,只有同品牌设备可兼容使用。奥林巴斯(北京)销售服务有限公司上海分公司授权南京富克思科技实业有限公司为苏北人民医院奥林巴斯OTV-S190及配套电子鼻咽喉内窥镜的销售及供货的唯一代理商。该过程符合政府采购唯一供应商条件,建议采用单一来源方式。</p>
专业人员签字	<p>王林</p> <p>日期 2026年6月3日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

苏北人民医院关于电子鼻咽喉内窥镜采购项目

采购需求

本项目需要采购奥林巴斯 ENF-V 系列电子鼻咽喉镜 2 根(ENF-V3), 现有使用的电子鼻咽喉镜系统为日本奥林巴斯的 OTV-S190 系统, 此次采购的奥林巴斯 ENF-V3 电子鼻咽喉镜为该主机配套使用电子鼻咽喉内窥镜, 只有同品牌设备可兼容使用。本项目总预算为 72 万元。

一、配置清单:

电子鼻咽喉内窥镜 (ENF-V3) 检查型电子鼻咽喉镜 数量: 2 根。

二、技术参数:

型号: ENF-V3 ;

- 1、NBI 窄带光成像功能: 可增强毛细血管网和粘膜形态的可视性;
- 2、视野角度 90° ;
- 3、景深 3.5-50mm;
- 4、先端部外径 2.6mm;
- 5、插入部外径 2.9mm;
- 6、弯曲部弯曲角度: 上 130° , 下 130° ;
- 7、工作长度 300mm, 总长度 510mm;
- 8、遥控按钮数量 4 个;